

Ordinationseinrichtung

gemäß MED.D.010 (c) (1) VO (EU) Nr. 1178/2011 iVm ATCO.MED.C.010 (c) (1) VO (EU) 2015/340

Klinische Untersuchung:	Stethoskop	RR Messgerät	Waage und Maßband zur Bestimmung des BMI		
Herz-Kreislauf-Untersuchung:	12-Kanal-EKG	Spirometrie			
Urinstatus:¹	Harnteststreifen				
Labor:²	für Serumlipide	für Hämoglobin			
Augenuntersuchung:	Möglichkeit zur Bestimmung von Nah-, Intermediär- und Fernvisus ³	Ishihara Farbtafeln ³ (24 Tafel-Version)	Ophthalmoskop		
HNO-Untersuchung:	Reintonaudiometer	Otoskop	Rhinoskop	Tympanometer ⁴	Frenzelbrille

¹ Austro Control GmbH empfiehlt folgenden Mindestumfang: GLU, ERY, PROT.

² Zumindest Blutabnahme-Equipment muss vorhanden sein.

³ Unter Umständen ist im Falle künstlicher Beleuchtung Tageslichtspektrum vorzusehen (Tageslichtspektrum C bzw. Normlichtart D65).

⁴ Empfohlen.