

<u>Ordinationseinrichtung</u> gemäß MED.D.010 (c) (1) Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 iVm ATCO.MED.C.010 (c) (1) Verordnung (EU) Nr. 2015/340				
Klinische Untersuchung:	<input type="checkbox"/> Stethoskop	<input type="checkbox"/> RR Messgerät	<input type="checkbox"/> geeichte Waage	<input type="checkbox"/> Maßband
Herz-Kreislauf-Untersuchung:	<input type="checkbox"/> 12-Kanal-EKG	<input type="checkbox"/> Spirometrie ⁴		
Urinstatus:¹	<input type="checkbox"/> Harnteststreifen			
Labor:²	<input type="checkbox"/> für Serumlipide	<input type="checkbox"/> für Hämoglobin		
Augenuntersuchung:	<input type="checkbox"/> Möglichkeit zur Bestimmung von Nah-, Intermediär- und Fernvisus ³		<input type="checkbox"/> Ishihara Farbtafeln ³ (24 Tafel-Version)	<input type="checkbox"/> Ophthalmoskop
HNO-Untersuchung:	<input type="checkbox"/> Reintonaudiometer	<input type="checkbox"/> Otoskop	<input type="checkbox"/> Rhinoskop	

¹ Mindestumfang: GLU, ERY, PROT

² zumindest Blutabnahme-Equipment muss vorhanden sein, sowie Kooperation mit einem Labor

³ Anforderungen siehe VO(EU) Nr. 1178/2011 MED.B.070 iVm GM MED.B.070; im Falle künstlicher Beleuchtung, ist ein Tageslichtspektrum (C bzw. Normlichtart D65) vorzusehen

⁴ wenn nicht vorhanden, Kooperation mit einem Facharzt für Pulmologie